Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3346

Цемент цинкоксидэвгенольный

Эндокорт

Номер партии **14** Дата изготовления **29/09/2012**

Количество продукции в партии **99**

Технические условия *ТУ У 24.4-24274506-013:2007*

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Результат анализа
1	Внешний вид порошка	Однородный порошок кремового цвета. Цвет эталоном не регламентируется	Соответствует
2	Внешний вид жидкости	Низковязкая, прозрачная жидкость, без осадка, желтоватого цвета. Цвет эталоном не регламентируется	Соответствует
3	Рабочее время при температуре от +20°С до +23°С, часов	4 – 6	5
4	Время отверждения при температуре от +34ºС до +37ºС и 100% влажности, часов	24 – 48	24
5	Маркировка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
6	Упаковка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
7	Комплектность	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: *изделие соответствует требованиям ТУ У 24.4-24274506-013:2007 и признано годным к применению.*

01/10/2012 Служба в контролю якості №2 Для сертифікатів Служба контроля качества Т.А.Жадан