Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3216

Материал полиметакрилатный стоматологический подкладочный

Латакрил-L

Номер партии **05** Дата изготовления **16/08/2012**

Количество продукции в партии **103**

Технические условия *ТУ У 24.4-24274506-008:2010*

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Результат анализа
1	Внешний вид полимерного порошка	Мелкодисперсный порошок без посторонних включений	Соответствует
2	Внешний вид жидкости мономера	Жидкость прозрачная, розового цвета, без осадка и механических примесей	Соответствует
3	Внешний вид лака	Плёнка лака должна быть однородной, без посторонних включений и сгустков	Соответствует
4	Рабочее время при температуре от +20ºС до +23ºС мин, не менее	3÷6	5
5	Внешний вид и цвет отверждённого материала	Должен иметь гладкую, ровную поверхность, пигмент должен быть распределен равномерно. Цвет должен соответствовать эталону, утвержденному в установленном порядке	Соответствует
6	Твёрдость по Шору А отверждённого материала, не более	60	19
7	Водопоглощение за 7 суток при температуре +37ºС, мкг/мм^3, не более	32,0	30,0
8	Водорастворимость за 7 суток при температуре +37ºС, мкг/мм^3, не более	16,0	9,7
9	Маркировка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
10	Упаковка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
11	Комплектность	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: *изделие соответствует требованиям ТУ У 24.4-24274506-008:2010 и признано годным к применению.*

17/08/2012 Служба в контролю якості №2 Для сертифікатів Служба контроля качества _____ Т.А.Жадан