Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3204

Цемент временный фиксирующий

Темполат F

Номер партии **20** Дата изготовления **13/08/2012**

Количество продукции в партии **280**

Технические условия *ТУ У 24.4-24274506-009-2004*

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Результат анализа
1	Внешний вид и цвет пасты	Паста однородная по консистенции, серовато-белого цвета, без видимых разводов и цветных включений. Цвет эталоном не регламентируется	Соответствует
2	Консистенция, мм	20 – 25	21
3	Время схватывания, мин, не более	40	15
4	Маркировка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
5	Упаковка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
6	Комплектность	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: *изделие соответствует требованиям ТУ У 24.4-24274506-009-2004 и признано годным к применению.*

14/08/2012 Служба в контролю якості №2 Для сертифікатів Служба контроля качества _____ Т.А.Жадан