Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3261

Лак-глазурь светоотверждаемый
Латеглинт

Номер партии **18** Дата изготовления **06/09/2012**

Количество продукции в партии **90**

Технические условия *ТУ У 33.1-24274506-010:2011*

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Результат анализа
1	Внешний вид лака-глазури	Однородная, прозрачная, вязкая жидкость, без осадка, желтоватого цвета. Цвет эталоном не регламентируется	Соответствует
2	Полимеризационная активность при облучении светом с длиной волны 400-500 нм в течение 15с	После облучения на стеклянной пластине должен оставаться слой отверждённого лака-глазури	Соответствует
3	Маркировка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
4	Упаковка	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует
5	Комплектность	Соответствие требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: *изделие соответствует требованиям ТУ У 33.1-24274506-010:2011 и признано годным к применению.*

07/09/2012 Служба в контролю якості №2 Для сертифікатів Служба контроля качества Т.А.Жадан